

การให้คำปรึกษาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในกรณีมีปัญหาสายตก หรือสายขาด/รั่ว

ก. สายตก สายหลุด ให้ปฏิบัติตามลำดับ ดังนี้

1. หยุดการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทันที
2. ปิดวาล์ว ปิดสายด้วยจุกขาวอันใหม่ และมาโรงพยาบาลทันที

ข. สายรั่ว สายขาด ให้ปฏิบัติตามลำดับ ดังนี้

1. หยุดการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทันที
2. พับสายเหนือรอยรั่วหรือขาด ที่บริเวณใกล้ลำตัวผู้ป่วยมากที่สุดแล้วใช้หนังยางรัดบริเวณที่พับสายให้แน่น
3. ใช้ผ้ากอสปิดอุดเชื้อ ชุบแอลกอฮอล์หรือเบตาดีนห่อหุ้มบริเวณที่ขาดหรือรั่ว
4. ผู้ป่วยรีบติดต่อหน่วยล้างไตทางช่องท้องที่รักษาทันที